

مسؤول المختبر: م.ب. آمال سالم احمد



التوقيع:

جدول رقم (1)

جدول تحديد نقاط الضعف واقتراح إجراءات التحسين

رقم المعيار :						
ت	نقاط الضعف	درجة المطابقة	الانشطة المطلوبة	المسؤولية	الفترة الزمنية	
					من	الى
1	عدم تغليف جدران المختبر بمادة قابلة للتنظيف	غير مستوفي	طلاء جدران المختبر بمادة الايبوكسي	عمادة الكلية والصيانة	2026/09/15	2027/09/15
2	وجود سقوف ثانوية	غير مستوفي	استبدالها بسقوف مقاومة للتسرب	عمادة الكلية والصيانة	2026/09/15	2027/09/15
3	ارضية المختبر	غير مستوفي	تبديل ارضية	عمادة الكلية والصيانة	2026/09/15	2027/09/15
4	عدم الحصول على شهادة المواصفات القياسية الدولية Iso 19025/15189	مستوفي حزني	تأهيل وتطبيق نظام ادارة الجودة تمهيدا للحصول على الاعتماد الدولي			
5	عدم وجود حاسبة	غي مستوفي	يجهز المختبر بجهاز خاصوب	عمادة الكلية	2026/09/15	2027/09/15